Ministério da Saúde

FIOCRUZ
Fundação Oswaldo Cruz

FORMULÁRIO - ILMD

IDENTIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA: ILMD-SLM-POP.007
REVISÃO/ANO: 00/2018

Programa de Gestão da QUALIDADE

REGISTRO DAS TEMPERATURAS

FREEZER -60 a -80°C	Cód. Ident. Equipamento	SALA	MÊS	ANO
			DEZEMBRO	2018

(*) Alerta - Providenciar a retirada do material armazenado e chamar assistência técnica se a temperatura não retornar a descer após 2h. O usuário deste equipamento deve observar a variação de temperatura registrada neste período e se os produtos armazenados foram afetados.

Registrar a temperatura > -40°C

> -40°C

-40
-42
-44
-46
-48
-50
-52
-54
-56
-58
-60
-62
-64
-66
-68
-70
-72
-74
-76
-78
-80

(*) Alerta

Faixa limite

< - 80°C

Registrar a temperatura inferior a - 80°C

Sem restrição de uso quando este equipamento apresentar temperatura < - 80°C.

Registrar temperatura mínima e máxima do dia quando sair da faixa esperada

HORA	Sábado	Domingo						Sábado	Domingo						Sábado	Domingo						Sábado	Domingo		Feriado				Sábado	Domingo	
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ASSINATURA																									Natal						

Registro de utilização